



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

17.09.2021 № 014-1180/21

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2467519

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Эппендорф Раша», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия:

«Центрифуга лабораторная «Eppendorf Centrifuge 5430», производства «Эппендорф АГ», Германия, регистрационное удостоверение от 03.06.2009 № ФСЗ 2009/04411 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинских изделий, поставленных в адрес медицинских организаций в период с июня 2009 по июнь 2021 года (см. приложение).

Причина отзыва: письмо Росздравнадзора от 18.08.2021 № 10-33442/21 «О необходимости принятия мер на основании результатов экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия».

По всем вопросам обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Эппендорф Раша» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



Приложение к письму Росздравнадзора  
от 17.09.2021 № 014-1180/21

**eppendorf**

Приложение 2

Всем, кого это может касаться.

Пользователям медицинского изделия  
Центрифуга лабораторная «Eppendorf Centrifuge 5430»,  
производства "Эппендорф АГ", Германия,  
поставленного в лечебно-профилактические учреждения  
в период с июня 2009 по июнь 2021 года,  
и сопровождавшихся Регистрационным удостоверением  
№ ФСЗ 2009/04411 от 03.06.2009.

**Уважаемые господа!**

Настоящим, ООО «Эппендорф Раша», Уполномоченный представитель производителя "Эппендорф АГ" (Германия), свидетельствует Вам своё почтение, и **сообщает о немедленном отзыве из обращения медицинских изделий Центрифуга лабораторная «Eppendorf Centrifuge 5430», производства "Эппендорф АГ", Германия, поставленных в лечебно-профилактические учреждения в период с июня 2009 года по июнь 2021 года, и сопровождавшихся Регистрационным удостоверением № ФСЗ 2009/04411 от 03.06.2009, для последующего уничтожения, в соответствии с письмом Росздравнадзора 18.06.2021 №10-33442/21 «О необходимости принятия мер на основании результатов экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия».**

Изъятие из обращения данной продукции будет проведено силами компании ООО «Эппендорф Раша».

Контактные данные ответственного сотрудника ООО «Эппендорф Раша»:

Тукарева Виктория тел. (495) 743 51 23;

Адрес электронной почты: [Tukareva.V@eppendorf.ru](mailto:Tukareva.V@eppendorf.ru)

С уважением,

Генеральный директор  
ООО «Эппендорф Раша»



Овсянникова М.М.

ООО «Эппендорф Раша»  
115114, г. Москва, 2-й  
Павелецкий пр-д, д. 5 стр. 1,  
этаж 3 помещ./ком. V/26

Тел: +7 495 743 51 23  
Факс: +7 495 743 51 22  
info@eppendorf.ru

ИНН 7705974118  
КПП 772501001  
ОГРН 5117746059635

Юр. адрес: 115114, г.  
Москва, 2-й Павелецкий  
пр-д, д. 5 стр. 1, этаж 3  
помещ./ком. V/26

Банк: ООО «ДойчеБанк»,  
Москва  
БИК 044525101